



Факултет медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу
ул. Светозара Марковића бр. 69
Крагујевац
Број: 01-24
Датум: 03.01.2014. године
www.medf.kg.ac.rs

Предмет: Појашњење Конкурсне документације у вези ЈН. бр. 24-2013

Поводом Вашег захтева за појашњењем конкурсне документације за предмет набавке дигиталног ортопан рендген апарата са опцијама панорамског, телерадиографског и 3D СВСТ радиографисања ЈН. бр. 24-2013 дајемо Вам следеће појашњење:

Питање број 1: Да ли је за наручиоца прихватљиво да уместо камере за суво развијање понуди систем за дигитализацију интраоралног снимака. Камером за суво развијање филмова смањује се круг потенцијалних понуђача?

Одговор на питање број 1: За Наручиоца није прихватљива алтернатива да се уместо камере за суво развијање филмова понуди систем за дигитализацију интраоралних снимака, јер то није замена за поменути камеру. Како би се обезбедила већа конкуренција, набавка рендген апарата и камере за суво развијање филмова биће раздвојена по партијама.